

PROVA ESTIMATA 16/4/2016 Confermato

PROVA PRATICA N. 1

Interpretazione del seguente esame emogasanalitico:



SERIE ABL90 RADIOMETER

ABL90 PS I393-090R0957N0030 16 50 03/01/2023
REFERTO PAZIENTE EGA - S 65uL Campione 64160

Identificazioni

N° di accesso
ID paziente
Cognome paziente
Nome paziente
Sesso Sconosciuto
Reparto (Paz.)
Medico
Tipo di campione Non specificato
Operatore Anonimo
T 37.0 °C
FO₂(I) 21.0 %
Nota

Valori emogas

pH	7.537		[-]
pO ₂	63.6	mmHg	[-]
pCO ₂	27.7	mmHg	
ctCO ₂ (P).c	54.7	Vol%	
FCO ₂ Hb	1.0	%	

Valori elettroliti

cCl ⁻	78	mmol/L	[-]
cCa ²⁺	1.00	mmol/L	[-]
cCa ²⁺ (7.4).c	1.08	mmol/L	
cK ⁺	3.4	mmol/L	[-]
cNa ⁺	109	mmol/L	[-]

Valori ossimetrici

ctHb	14.4	g/dL	[-]
Hct.c	44.1	%	
sO ₂	94.6	%	[-]
FO ₂ Hb	92.8	%	[-]
FMetHb	0.9	%	[-]
FHHb	5.3	%	[-]
cHCO ₃ ⁻ (P).c	23.6	mmol/L	
cBase(Ecf).c	1.0	mmol/L	
cHCO ₃ ⁻ (P,st).c	26.2	mmol/L	

Valori metaboliti

cGlu	89	mg/dL	[-]
cLac	1.2	mmol/L	[-]
ctBil	0.0	mg/dL	

Valori calcolati

p50.c	22.20	mmHg
Anion Gap.K ⁺ .c	10.6	mmol/L
ctO ₂ .c	18.8	Vol%
ABE.c	2.1	mmol/L
SBE.c	1.0	mmol/L

Note


.c Valori calcolati

Lotto sol. pack: NA-33

N° di serie cassetta: 2112-372

PROVA PRATICA N. 2

Interpretazione del seguente esame emogasanalitico:



SERIE ABL90 RADIONETER

ABL90 PS 1393-090R0957N0030 10.42 28/06/2022
REFERTO PAZIENTE EGA - S 65uL Campione 57519

Identificazioni

N° di accesso
ID paziente
Cognome paziente
Nome paziente
Sesso Femmina
Reparto (Paz)
Medico
Tipo di campione Venoso
Operatore Anonimo
T 36,0 °C
FO₂(I) 21,0 %
Nota

Valori emogas

↓ pH 6,886 [7,360 - 7,440]
↑ pO₂ 59,7 mmHg [20,0 - 40,0]
pCO₂ 14,5 mmHg
ctCO₂(P).c 7,1 Vol%
FCOHb 0,6 %

Valori elettroliti

cCl⁻ 105 mmol/L [98 - 106]
cCa²⁺ 1,27 mmol/L [1,15 - 1,30]
? cCa²⁺(7.4).c mmol/L
↑ cK⁺ 5,2 mmol/L [3,5 - 4,9]
cNa⁺ 139 mmol/L [133 - 140]

Valori ossimetrici

ctHb 15,6 g/dL [12,0 - 16,0]
Hct.c 47,8 %
↑ sO₂ 85,8 % [40,0 - 70,0]
FO₂Hb 84,2 % [-]
FMetHb 1,3 % [0,0 - 1,5]
FHb 13,9 % [-]
cHCO₃⁻(P).c 2,7 mmol/L
? cBase(Ecf) c -30,4 mmol/L
cHCO₃⁻(P.st).c 6,3 mmol/L

Valori metaboliti

?↑ cGlu 462 mg/dL [70 - 105]
↑ cLac 3,1 mmol/L [0,5 - 1,6]
ctBil 1,0 mg/dL

Valori calcolati

p50.c 31,83 mmHg
Anion Gap,K⁺.c 36,0 mmol/L
ctO₂.c 18,4 Vol%
ABE.c -29,3 mmol/L
? SBE.c -30,4 mmol/L


Note

↑ Valore/ sopra l'intervallo di riferimento
↓ Valore/ sotto l'intervallo di riferimento
.c Valori calcolati
1340: Manutenzione cassetta sensori eseguita dall'analizzatore interrotta
SBE 0855: Eccesso di base fuori range
cBase(Ecf) 0855: Eccesso di base fuori range
cCa²⁺(7.4) 0443: Ca(7.4) non utilizzabile
cGlu 0211: Error QC presenti

PROVA NON ESTIMATA 16/4/2026 Graziopelle S. S.

PROVA PRATICA N. 3

Interpretazione del seguente esame emogasanalitico:



SERIE ABL90 RADIOMETER

ABL90 PS I393-090R0957N0030 17.53 19/12/2022
REFERTO PAZIENTE EGA - S 65uL Campione 63634

Identificazioni

N° di accesso
ID paziente
Cognome paziente
Nome paziente
Sesso Sconosciuto
Reperto (Paz)
Medico
Tipo di campione Non specificato
Operatore Anonimo
T 37.0 °C
FO₂(I) 40.0 %
Nota

Valori emogas

pH	7.356		[	-	]
pO ₂	64.3	mmHg	[	-	]
pCO ₂	76.5	mmHg			
ctCO ₂ (P),c	101.2	Vol%			
FOHb	1.6	%			

Valori elettroliti

cCl ⁻	89	mmol/L	[	-	]
cCa ²⁺	1.26	mmol/L	[	-	]
cCa ²⁺ (7.4),c	1.23	mmol/L			
cK ⁺	4.3	mmol/L	[	-	]
cNa ⁺	142	mmol/L	[	-	]

Valori ossimetrici

ctHb	16.5	g/dL	[	-	]
Hct,c	50.7	%			
sO ₂	90.6	%	[	-	]
FO ₂ Hb	88.3	%	[	-	]
FMetHb	0.9	%	[	-	]
FHHb	9.2	%	[	-	]
cHCO ₃ ⁻ (P),c	42.8	mmol/L			
cBase(Ecf),c	17.3	mmol/L			
cHCO ₃ ⁻ (P,st),c	36.4	mmol/L			

Valori metaboliti

cGlu	149	mg/dL	[	-	]
cLac	1.3	mmol/L	[	-	]
ctBil	0.1	mg/dL			

Valori calcolati

p50,c	28.78	mmHg			
Anion Gap,K ⁺ ,c	13.8	mmol/L			
ctO ₂ ,c	20.5	Vol%			
ABE,c	12.8	mmol/L			
SBE,c	17.3	mmol/L			

Note

c Valori calcolati

Lotto sol pack NA-36

Stampato 17.53.29 19/12/2022

N° di serie cassetta 724-141